

인증번호 제 1519-00003 호

성능인증서

상 호 (사업장 명칭)	(주)파코코리아인더스	
성 명 (대표자)	송재혁	
사업장 소재지	서울특별시 금천구 두산로 70 독산동, 현대지식산업센터A동1008~1011호	
인증내용	제작자	제작국가
	GRIMM	독일
	기기명칭	측정방식
	Envirom Dust Monitor	Spectrometer
	상품명(고유명칭)	측정범위
164(11-D)	최소: 0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 최대: 100000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
최소눈금(단위)	공인측정 오차범위	
0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	87.3%(정확도)	
성능인증 등급	1등급	

「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 제24조1제1항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 위와 같이 성능인증서를 발급합니다.

2019년 11월 12일



한국건설생활환경시험연구원장



인증번호 제LS19-00003호

성능평가결과

구분	항목	단위	평가결과	인증등급
시험체임버평가	반복재현성	등급	1	1
등가상평가	상대정밀도	등급	1	
	자료획득률	등급	1	
	정확도	등급	1	
	결정계수	등급	1	

※ 인증등급

등급	반복재현성	상대정밀도	자료획득률	정확도	결정계수
1등급	80% 초과	80% 초과	80% 초과	80% 초과	0.8 초과
2등급	70% 초과 80% 이하	70% 초과 80% 이하		70% 초과 80% 이하	0.7 초과 0.8 이하
3등급	60% 초과 70% 이하	60% 초과 70% 이하		50% 초과 70% 이하	0.6 초과 0.7 이하
등급 외	60% 이하	60% 이하	80% 이하	50% 이하	0.6 이하

인증신청자(상호명)		(주)파코코리아인더스
시험품 정보	제작사	GRIMM Aerosol Technik Ainring GmbH & Co. KG
	기기명칭	Envirom Dust Monitor (입자분광계)
	상품명 (고유명칭)	164(11-D)
	 <p><사진></p>	

페이지(2 / 2)

PM-QP-08-02

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

전자문서본(Electronic Copy)